

Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng thiết bị
của khoa Hóa sinh năm 2025.

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn tại Việt Nam

Khoa Hóa sinh thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá đề xuất dịch vụ bảo dưỡng thiết bị của khoa Hóa sinh năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Khoa Hóa sinh thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc, Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ths Phạm Thị Mỹ Ngân – Nhân viên Khoa Hóa sinh, số điện thoại: 0349.563.758, email: khoahoasinhksbtqn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục II) về địa chỉ email: khoahoasinhksbtqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Hóa sinh – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc, Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 12 tháng 7 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 15 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Kính mời Các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ với nội dung chi tiết tại phụ lục I của công văn này.

Khoa Hóa sinh thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi thông tin từ quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc (để báo cáo)
- TCHC (để đăng tải);
- TCKT, Dược-VTTYT;
- Lưu: VT, Hóa sinh.

Hoàng Thị Phụng

PHỤ LỤC I
Danh mục bảo dưỡng thiết bị của khoa Hóa sinh năm 2025
(Kèm theo công văn ngày 11/7/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên dịch vụ	Thông tin thiết bị	Nội dung công việc đề xuất	Khối lượng	ĐVT	Đại điểm thực hiện
1	Bảo dưỡng Bộ quang phổ hấp thụ nguyên tử	Model: AA280FS /AA240Z/VGA77 HSX: Varian NSX: Mỹ	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Bộ	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
2	Bảo dưỡng Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử	Model: Agilent 280 FSAA HSX: Agilent NSX: Úc	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Bộ	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

STT	Tên dịch vụ	Thông tin thiết bị	Nội dung công việc đề xuất	Khối lượng	ĐVT	Đại điểm thực hiện
3	Bảo dưỡng Máy sắc ký lỏng HPLC	Model: 1260 HSX: Agilent NSX: Đức	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Bộ	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
4	Bảo dưỡng Máy Quang phổ phát xạ cảm ứng Plasma (ICPE)	Model: ICPE -9000 HSX: Shimadzu NSX: Nhật Bản	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Máy	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
5	Bảo dưỡng và hiệu chỉnh Máy Quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis)	Model: UV1601PC HSX: Shimadzu NSX: Nhật Bản	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Máy	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

STT	Tên dịch vụ	Thông tin thiết bị	Nội dung công việc đề xuất	Khối lượng	ĐVT	Đại điểm thực hiện
6	Bảo dưỡng Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS	Model: 8040 HSX: Shimadzu NSX: Nhật Bản	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Dịch vụ sau bảo dưỡng: Tối đa không quá 4 lần kiểm tra và hỗ trợ khắc phục sự cố trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng <i>(không bao gồm linh kiện, phụ kiện sửa chữa)</i> - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Máy	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
7	Bảo dưỡng máy sắc ký khí 2 lần khối phổ GS-MS/MS	Model: TSQ 8000 Evo HSX: Thermo Scientific NSX: Mỹ	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Dịch vụ sau bảo dưỡng: Tối đa không quá 4 lần kiểm tra và hỗ trợ khắc phục sự cố trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng <i>(không bao gồm linh kiện, phụ kiện sửa chữa)</i> - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Máy	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

STT	Tên dịch vụ	Thông tin thiết bị	Nội dung công việc đề xuất	Khối lượng	ĐVT	Đại điểm thực hiện
8	Bảo dưỡng Hệ thống máy quang phổ phát xạ plasma ghép khối phổ ICP/MS	Model: ICAP RQ HSX: Thermo Scientific NSX: Mỹ	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Dịch vụ sau bảo dưỡng: Tối đa không quá 4 lần kiểm tra và hỗ trợ khắc phục sự cố trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng (<i>không bao gồm linh kiện, phụ kiện sửa chữa</i>) - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Hệ thống	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
9	Bảo dưỡng Hệ thống sắc ký ion IC	Model: ICS -5000+ EG HSX: Thermo Scientific NSX: Mỹ	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Hệ thống	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
10	Bảo dưỡng Thiết bị đo hoạt động phóng xạ Anpha – Beta phòng thấp	Model: S6-LB HSX: Mirion Technologies (Canberra) NSX: Mỹ	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu:	01	Thiết bị	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

STT	Tên dịch vụ	Thông tin thiết bị	Nội dung công việc đề xuất	Khối lượng	ĐVT	Đại điểm thực hiện
	(Máy đo tổng hoạt độ phóng xạ Anpha, Beta)		+ Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).			
11	Bảo dưỡng Bộ chiết xuất đậm (Bộ chiết suất đậm)	Model: Vapodest 450/TTs125/TURK HSX: Gerhardt NSX: Đức	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Bộ	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
12	Bảo dưỡng thiết bị phụ trợ - Máy sinh khí nito, máy nén khí sạch AG OFCAS	Model: NG EOLO 500 HSX: LNI NSX: Thụy Sĩ	- Nhu cầu của đơn vị: + Vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể thiết bị. Hiệu chỉnh các thông số của thiết bị đảm bảo chính xác cao nhất. + Đánh giá thực trạng thiết bị từ đó đưa ra các đề xuất khắc phục (nếu có). - Yêu cầu đối với nhà thầu: + Đưa ra các Thông số bảo dưỡng của thiết bị. + Báo giá dịch vụ. + Cung cấp cái giấy chứng nhận, tài liệu liên quan (nếu có).	01	Máy	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

PHỤ LỤC II

Mẫu báo giá

(Kèm theo công văn ngày 11/7/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

BÁO GIÁ

**Kính gửi: Khoa Hóa sinh thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Quảng Ninh**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Khoa Hóa sinh thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị.

STT	Tên dịch vụ	Nội dung công việc thực hiện	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
<u>Tổng cộng:</u>						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].
Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí liên quan (nếu có)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.