

**SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1500/TTKSBT-KD

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 08 năm 2021

V/v mời chào giá sinh phẩm

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp sinh phẩm

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu mua sắm sinh phẩm danh mục và số lượng (tại phụ lục kèm theo phụ lục I).

Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 14 giờ 00 phút ngày 27/08/2021;

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục II) về địa chỉ email: khoaduocdcqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh).

Mọi chi tiết xin liên hệ: DS Đặng Thu Hằng số điện thoại: 0203.3816.327

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Ninh Văn Chủ

PHỤ LỤC I
DANH MỤC SINH PHẨM XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ SARS-COV-2 NĂM 2021
(Kèm theo công văn số: 1500/TTKSBT-KD ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

STT	Nội dung hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Chất chuẩn kit định lượng kháng thể	CalSet Anti-SARS-CoV-2 S được dùng để chuẩn xét nghiệm Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S Thành phần: ▪ ACOV2S Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ ACOV2S Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Tiêu chuẩn iso 13485,	Hộp	01
2	Kít định lượng kháng thể Sars-CoV-2	Bộ thuốc thử được dán nhãn ACOV2S. M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 SARS-CoV-2 S-Ag~biotin (nắp xám), 1 chai, 16 mL: Miền RBD của SARS-CoV-2 S đánh dấu biotin làm kháng nguyên tái tổ hợp < 0.4 mg/L; đệm HEPESb) 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. R2 SARS-CoV-2 S-Ag~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 16 mL: Miền RBD của SARS-CoV-2 S làm kháng nguyên tái tổ hợp đánh dấu phức hợp ruthenium < 0.4 mg/L; đệm HEPES 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. Tiêu chuẩn iso 13485	Hộp	02

3	Chất kiểm tra kit định lượng kháng thể	Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S Thành phần: ▪ PC ACOV2S1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng lấy từ huyết thanh người, không phản ứng với kháng thể kháng SARS-CoV-2; đệm TRISa); chất bảo quản. ▪ PC ACOV2S2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng lấy từ huyết thanh người, phản ứng với kháng thể kháng SARS-CoV-2; đệm TRIS; chất bảo quản. Tiêu chuẩn iso 13485	Hộp	01
---	---	--	-----	----

PHỤ LỤC II

DANH MỤC SINH PHẨM XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ SARS-COV-2 NĂM 2021

(Kèm theo công văn số: 1500/TTKSBT-KD ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

[illegible]